

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ06.Н15214

Срок действия с 14.11.2023 по 13.11.2026

№ 0035374

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НЕ06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Тележка внутрикорпусная с подъемной панелью и боковыми ограждениями в комплекте с матрасом для перевозки больных ТПБв-01-«МСК» по ТУ9451-016-52962725-2004. Согласно приложению бланк №0016387. Серийный выпуск.

код ОК
32.50.50.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 9451-016-52962725-2004, ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 51084-2021

код ТН ВЭД
9402 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Медстальконструкция». ОГРН: 1020202364302, ИНН: 0277046598, КПП: 027201001. Адрес: 450095, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Глазовская, д.1, кор.1, телефон: 8(347)291-20-81, адрес электронной почты: hh@megi.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Медстальконструкция». ОГРН: 1020202364302, ИНН: 0277046598, КПП: 027201001. Адрес: 450095, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Глазовская, д.1, кор.1, телефон: 8(347)291-20-81, адрес электронной почты: hh@megi.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/J-15/11/23 от 14.11.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «КвантТест» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ32); Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13942 от 28.09.2012 г. Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

№ 0016387

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н15214

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
32.50.50.190	<p>Тележка внутрикорпусная с подъемной панелью и боковыми ограждениями в комплекте с матрасом для перевозки больных ТПБв-01-«МСК» по ТУ 9451-016-52962725-2004 в следующих исполнениях:</p> <p>ТПБв-01-«МСК» (МСК-404) Тележка внутрикорпусная для перевозки больных, с регулированием высоты панели гидроприводом, в комплекте с боковыми ограждениями и матрасом.</p> <p>ТПБв-01-«МСК» (МСК-440) Тележка внутрикорпусная для перевозки больных, с регулированием высоты панели гидроприводом, в комплекте с боковыми ограждениями и матрасом, с механическим регулированием подголовника (зубчатая рейка).</p> <p>ТПБв-01-«МСК» (МСК-441) Тележка внутрикорпусная для перевозки больных, с регулированием высоты панели гидроприводом, в комплекте с боковыми ограждениями и матрасом, с регулированием подголовника пневмоприводом.</p> <p>ТПБв-01-«МСК» (МСК-442) Тележка внутрикорпусная для перевозки больных, с регулированием высоты панели гидроприводом, в комплекте с боковыми ограждениями и матрасом, с регулированием подголовника и Тренделенбурга пневмоприводами.</p> <p>ТПБв-01-«МСК» (МСК-443) Тележка внутрикорпусная для перевозки больных, с регулированием высоты панели гидроприводами, в комплекте с боковыми ограждениями и матрасом, с регулированием подголовника пневмоприводом, регулированием Тренделенбурга гидроприводом.</p>	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Беянин

инициалы, фамилия